



Ministerstwo Zdrowia


Podsekretarz Stanu

Zbigniew J. Król

Warszawa, 2018 -04- 17

Prezes M. Hamankiewicz
Prezes A. Hamankiewicz
23042018

ZPŚ.073.61.2018



Pan
Maciej Hamankiewicz
Prezes
Naczelnej Rady Lekarskiej

Henryk Cenc Pucner


W nawiązaniu do pisma Pana Prezesa znak NRL/ZRP/OA/223/522/2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie postępowania niektórych wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych polegającego na wymaganiu zatwierdzenia projektu pracowni RTG przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, przed wydaniem zezwolenia na uruchamianie i stosowanie aparatu rentgenowskiego, proszę o przyjęcie poniższego.

Z informacji przekazanych przez Główny Inspektorat Sanitarny wynika, że zdarzały się sytuacje, w których jednostki ochrony zdrowia zwracały się z własnej inicjatywy o ocenę projektu osłon stałych przed wystąpieniem o wydanie zezwolenia, gdyż jednostki te chciały mieć pewność, że osłony przed promieniowaniem będą skuteczne i nie zostaną zobowiązane do ewentualnej przebudowy pomieszczeń. Zdarzały się również przypadki skarg podmiotów na wymaganie zatwierdzenia projektu osłon stałych w odrębnym postępowaniu, jednakże w takich przypadkach Główny Inspektor Sanitarny wydawał decyzje korygujące te nieprawidłowości.

W posumowaniu należy podkreślić, że nie istnieją przepisy prawa atomowego zmuszające do wstępnego zatwierdzania projektu osłon stałych i wszystkie dokumenty (w tym projekt osłon stałych) niezbędne do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na uruchamianie i stosowanie aparatu rentgenowskiego powinny być składane razem z tym wnioskiem, tak jak stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r.



w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz. U. poz. 1355).



Zbigniew J. Król